

安阳市肿瘤医院施源器采购项目论证会议
业主签到表

| 项目 | 姓名 | 工作单位 | 联系电话 | 备注 |
|------|-----|---------|-------------|----|
| | 陈国明 | 安阳市肿瘤医院 | 18837238229 | |
| 业主代表 | 苏梅超 | 安阳市肿瘤医院 | 18737299581 | |
| | | | | |

河南众鼎招标代理有限公司

2023年9月22日

安阳市肿瘤医院施源器采购项目论证小组成员签到表

| 项目 | 姓名 | 单位名称 | 专业 | 联系电话 | 备注 |
|---------------|-----|-----------|------|-------------|----|
| 论证小组成员 签到表 | 刘玉强 | 安阳市中心医院 | 设备管理 | 13837237528 | |
| | 刘金英 | 安阳市第七人民医院 | 设备管理 | 13569080676 | |
| | 杨振宇 | 安阳市人民医院 | 放射治疗 | 16637237518 | |

河南众鼎招标代理有限公司


2023年9月22日

单一来源采购方式专业人员论证意见书

| | | |
|----------|--|----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 杨振宇 | |
| | 职称: 副主任 | |
| | 工作单位: 安阳市肿瘤医院放射科 | |
| 项目信息 | 项目名称: 安阳市肿瘤医院施源器采购项目 | |
| | 项目预算金额: 15万元 | |
| | 供应商名称: 北京中康联医疗器械开发有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等)</p> <p>由于后装机配套使用的施源器为专用设备, 其它品牌施源器孔径大小, 机头接口不通配, 故只能采购原厂配置, 其它品牌无法使用。</p> <p>北京中康联是爱珂斯特施源器唯一代理商。</p> <p>建议采用单一来源采购方式。</p> | |
| 专业人员签字 | 杨振宇 | 日期: 2023年9月22日 |

注: 本表中专业人员论证意见应由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见表

| | | |
|----------|---|----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 刘志英 | |
| | 职称: 高级 | |
| | 工作单位: 郑州市第七人民医院 | |
| 项目信息 | 项目名称: 安阳市肿瘤医院施源器采购项目 | |
| | 项目预算金额: 15万元 | |
| | 供应商名称: 北京中康联医疗器械开发有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等)</p> <p>拟采购的施源器为原厂美国瓦里安三维后装机(型号 GammaMedplus ix)配套使用, 为保证配件更换后设备稳定使用, 保障治疗效果, 必须采购与原设备配套的施源器专用设备, 北京中康联医疗器械开发有限公司是原厂配套量化的斯特施源器的唯一授权经销商。该项目符合政府采购相关政策, 建议采用单一来源采购方式。</p> | |
| 专业人员签字 |  | 日期: 2023年9月22日 |

注: 本表中专业人员论证意见应由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见表

| | | | |
|----------|--|-----------------|--|
| 专业人员信息 | 姓名: | 刘玉宏 | |
| | 职称: | 主治医师 | |
| | 工作单位: | 安阳市肿瘤医院 | |
| 项目信息 | 项目名称: | 安阳市肿瘤医院施源器采购项目 | |
| | 项目预算金额: | 15万元 | |
| | 供应商名称: | 北京中康联医疗器械开发有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由,应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等)</p> <p>安阳市肿瘤医院采购的施源器配件,是瓦里安医疗系统公司所制造的产品。北京中康联医疗器械开发有限公司是原厂的唯一授权经销商。为保证设备的治疗效果,运行稳定,应使用原厂配件。该项目符合政府采购相关政策。建议采用单一来源采购方式。</p> | | |
| 专业人员签字 | 刘玉宏 | 日期: 2023年9月22日 | |

注: 本表中专业人员论证意见应由专业人员手工填写